

МІНЕКОНОМІКИ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «Львівстандартметрологія»)**

СВІДОЦТВО

**ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ
КЕРУВАННЯ ВИМІРЮВАННЯМИ**

№ **РТ - 067/2025**

Видане **01 серпня 2025 р.**

Чинне до **01 серпня 2028 р.**

Це свідоцтво засвідчує, що система керування вимірюваннями
Кабінету передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв
транспортних засобів КНП ВМР «Вараський ЦПМД» (код 42662070),
що знаходиться за адресою: 34403, Рівненська обл., м. Вараш,
вул. Енергетиків, буд. 23

(назва лабораторії, її адреса)

відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями.
Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

Галузь вимірювальних можливостей наведено в додатку до цього свідоцтва
і є його невід'ємною частиною.

Директор Рівненської філії

ДП «Львівстандартметрологія»

Сергій КУХАРЧУК

М.П.

РІВНЕНСЬКА
ФІЛІЯ

0000704

**Галузь вимірювальних можливостей
кабінету передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв
транспортних засобів КНП ВМР «Вараський ЦПМД»**

Назви величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань	Похибка вимірювань
1	2	3	4
Артеріальний тиск	Водії транспортних засобів	30 - 280 мм рт.ст.	$\Delta = \pm 3$ мм рт.ст.
Вміст етилового спирту в парах, що видихаються		0,0 – 5,0 ‰	$\Delta = \pm 0,05$ ‰
Температура тіла водіїв		35 - 42 °C	$\Delta = \pm 0,1$ °C

Примітки: Δ - границі абсолютної похибки

Директор Рівненської філії

ДП «Львівстандартметрологія»



Сергій КУХАРЧУК